ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:
634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42*
634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42**
634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а***
634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, д. 103 а, стр.1***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории

_____ Т.В. Андреева

24 мая 2022 г.

м.п.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6510

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 24 мая 2022 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний****: вода питьевая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе****:

-

(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.4. Дата изготовления****: - 2.5. Номер партии****: -

2.6. Объем партии**** : - 2.7.Количество образца на объекте: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильная стеклянная емкость, стеклянные емкости, пластиковые емкости, целостность не нарушена

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 2 х 0,5 л; 1 х 1 л; 2 х 1,5 л

2.10. Дата и время отбора образца****: 17.05.2022 08:30

2.11. Дата и время доставки образца: 17.05.2022 10:30

2.12. Код образца: 15758.2.1.22.05; 15758.1.4.22.05

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):

Образец доставлен заказчиком, Акт приема-передачи проб (образцов) № 01217052210

3.2. Место отбора образца****:

Томская область, Кривошеинский район, с. Малиновка, ул. Центральная, 22а (скважина № 27/85)

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы ****:

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования-Администрация Новокривошеинского сельского поселения, 636307, Томская область, с. Новокривошеино, ул.Советская, 1, +7 (38251) 47-433

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

Е.Л. Килина, статистик

3.5. Условия доставки****: сумка-термос, t +4 °С

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;
**- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;
*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;
**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 15758.2.1.22.05; 15758.1.4.22.05

4. Сведения о заказчике:

4.1.Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования-Администрация Новокривошеинского сельского поселения, 636307, Томская область, с. Новокривошеино, ул.Советская, 1, +7 (38251) 47-433

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7009003376/1057007441193

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 0792 от 29 марта 2022 г. (вх. № 70-20/870-2022 от 29.03.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

статистик — Е.Л. Килина

(должность) (подпись)

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория; 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.Розы Люксембург, 13, а;
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности,
+7 (3822) 51-49-31; baksesto@mail.tomsknet.ru
номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 2278)

Код пробы (образца) 15758.2.1.22.05

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единица измерения, (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) $(37\pm1,0)^0$С	менее 1	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см^3	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.; МУК 4.2.3690-21 (изменения № 2 в МУК 4.2.1018-01)
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см^3	ГОСТ 31955.1-2013 п.8
Дополнительные сведения: количество исследований-2					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 17.05.2022 по 18.05.2022

Дата выдачи результатов: 18.05.2022

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	О.В.Дьякова	

Бактериологическая лаборатория

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты испытаний

лаборатория физико-химических методов исследования,
634021, РОССИЯ, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе103а, стр. 1,
Тел. +7(3822) 26-67-29, chimsesto@mail.tomsknet.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1244)

Код пробы (образца) 15758.1.4.22.05

№ п/п	определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности ±/нормы неопределенности ± (k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Запах при 20° С	баллы	2	1	-	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Запах при 60° С	баллы	2	1	-	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	баллы	2	1	-	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1.2)
3	Мутность	мг/дм³	1,5	>8,7	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)
4	Цветность	градусы	20	20,2	4,0/-	ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель, pH	Ед.pH	В пред. 6-9	6,8	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018 г.)
6	Окисляемость перманганатная	мгO_2/дм³	5,0	5,53	0,55/-	ГОСТ Р 55684-2013
7	Жесткость общая	°Ж	7,0	7,0	1,0/-	ГОСТ 31954-2012
8	Нитрат-ион	мг/дм³	45,0	< 0,2	-/-	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд.2013 г.)
9	Нитрит-ион	мг/дм³	3,0	< 0,2	-/-	
10	Хлорид-ион	мг/дм³	350,0	< 0,5	-/-	
11	Сульфат-ион	мг/дм³	500,0	< 0,5	-/-	
12	Фосфат-ион	мг/дм³	3,5	< 0,25	-/-	
13	Фторид-ион	мг/дм³	1,5	0,19	-/0,05	
14	Железо (Fe,суммарно)	мг/дм³	0,3	3,74	0,56/-	ГОСТ 4011-72
15	Кремний	мг/дм³	20,0	15,4	-/3,1	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (изд.2011 г.)
16	Марганец (Mn,суммарно)	мг/дм³	0,1	0,059	0,015/-	МУ 31-10/04
17	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм³	0,1	0,053	0,021/-	ПНД Ф14.1:2:4.168-2000 (изд.2017 г.)

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 15758.1.4.22.05

18	Кадмий (Cd)	мг/дм³	0,001	< 0,0002	-/-	МУК 4.1.1504-03
19	Медь (Cu,суммарно)	мг/дм³	1,0	< 0,0006	-/-	
20	Свинец (Pb,суммарно)	мг/дм³	0,01	< 0,0002	-/-	
21	Цинк (Zn,суммарно)	мг/дм³	5,0	< 0,0005	-/-	
Дополнительные сведения: количество исследований - 21						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 17.05.2022 по 23.05.2022

Дата выдачи результата: 23.05.2022

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	И.И. Воронецкая	

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.